

单一来源采购专业人员论证

主管预算单位	雅安市第四人民医院
采购单位	雅安市第四人民医院
项目名称	雅安市第四人民医院“CT球管”采购项目
项目背景	<p>一、项目概述</p> <p style="padding-left: 2em;">本项目为雅安市第四人民医院“CT球管”采购项目。</p> <p>二、项目服务内容及要求（实质性要求）</p> <p>（一）采购内容名称、数量：</p> <p style="padding-left: 2em;">1、产品名称：X射线计算机体层摄影设备（CT）更换球管</p> <p style="padding-left: 2em;">2、采购数量：1个</p> <p>（二）最高限价：14.2万元</p> <p>三、技术参数</p> <p style="padding-left: 2em;">1. 设备名称：X射线计算机体层摄影设备（CT）；型号：Revolution ACT；品牌：GE；</p> <p style="padding-left: 2em;">2. 购买原厂同型号全新的球管</p> <p>四、质保要求</p> <p style="padding-left: 2em;">球管质保：20万秒次或1年质保先到为止。</p> <p>五、本项目单一来源供应商：四川辑维医疗科技有限公司</p> <p>六、采用单一来源方式理由</p> <p>综合意见：</p> <p>单一来源采购的法律依据：</p> <p style="padding-left: 2em;">参照《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一项“符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购：（一）只能从唯一供应商处采购的”、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条“政府采购法第三十一条第一项规定的情形，是指因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购”等规定。</p> <p>理由：</p> <p style="padding-left: 2em;">在GE Revolution ACT的《中华人民共和国医疗器械注册证》之医疗器械产品注册登记表的“产品性能结构及组成”中明确指明“X射线管”即球管为CT产品主要部件之一。球管不是单独存在能使用的设备，要达到和CT整机匹配，才能保证设备运行安</p>



全和更佳的图像质量。球管是CT的重要组成部分，CT对球管有严格的精准性和匹配性的要求。GE原厂球管获得了国家食品药品监督管理局严格认证的整机SFDA证书（GE公司注册了GE CT+GE球管的组合）。如果更换了GECT设备上和原来注册认证时不一致的球管，而未履行《医疗器械注册与备案管理办法》之规定产品变更的程序，原注册证书就已失去了有效性，医院使用的就是未通过SFDA国家食品药品监督管理局注册认证的产品。一旦出现了问题，例如医患纠纷等，对医院举证是非常不利的。同时CT设备运行也没有安全保障。四川辑维医疗科技有限公司是航卫通用电气医疗系统有限公司生产的Revolution ACT进行球管（D3165T）在雅安市精神病医院的一切售后销售活动，综上所述，GE原装球管作为唯一与GE Revolution ACT整机完全匹配的2MHU球管，采用单一来源采购符合《中华人民共和国招标投标法》以及《中华人民共和国招标投标法实施条例》之相关法律法规。

四川辑维医疗科技有限公司

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王平
	职称: 医师
	工作单位: [REDACTED]
项目信息	项目名称: 雅安市第四人民医院“CT球管”采购项目
	供应商名称: 四川辑维医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>雅安市第四人民医院“CT球管”采购项目为X射线计算机断层扫描装置更换球管,为保障设备正常运行,运行质量,需购买原厂同型号球管。该品牌为GE-球管RevolutionACT,具有唯一性。且X射线计算机断层扫描装置为进口商品。授权:四川辑维医疗科技有限公司负责雅安市精神卫生中心售后服务工作。符合政府采购办法关于单一来源采购的相关规定。</p> <p>综上,建议采用单一来源采购方式,符合要求。由四川辑维医疗科技有限公司采购。</p>
专业人员签字	<p>王平</p> <p>日期: 2026年03月17日</p>

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>李悦</u>
	职称: <u>教授</u>
	工作单位: <u>[REDACTED]</u>
项目信息	项目名称: 雅安市第四人民医院“CT球管”采购项目
	供应商名称: 四川辑维医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>雅安市第四人民医院“CT球管”采购项目为螺旋线计算机断层扫描设备（CT）更换球管，采购原了同型号全新的球管。即品牌GE. 型号 Revolution Act, 其专业性. 而螺旋线计算机断层扫描设备制造商只授权给四川辑维医疗科技有限公司售后期的售后服务工作. 符合政府采购法单一来源采购的条件. 即货物使用不可替代的专有技术. 而其他CT球管不适用于原采购项目设备的情形.</p> <p>综上. 建议采用单一来源采购方式进行采购. 拟请采购单一来源供应商为四川辑维医疗科技有限公司.</p>
专业人员签字	<p><u>李悦</u></p> <p>日期: 2026年03月17日</p>

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张秀庭
	职称: 副
	工作单位: [REDACTED]
项目信息	项目名称: 雅安市第四人民医院“CT球管”采购项目
	供应商名称: 四川辑维医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>雅安市第四人民医院“CT球管”采购项目为X射线计算机断层摄影设备(CT)更换球管,需购买原厂同型号全新的球管,四川辑维医疗科技有限公司负责航卫通用电气医疗系统有限公司生产的Revolution ACT球管在雅安市精神病医院的一切售后服务活动,为球管唯一供应商。</p> <p>符合政府采购法第三十一条第一项规定的情形“只能从唯一供应商处采购的”,建议采用单一来源方式,从四川辑维医疗科技有限公司处采购。</p>
专业人员签字	张秀庭
	日期: 2026年03月17日